

(CZ) - NÁVOD K POUŽITÍ: - DOPPLEROVSKÉ SONDY

1. Účel použití:

Jícnové dopplerovské sondy DPN jsou určeny pro provoz v rámci monitorovacích systémů CardioQ™/CardioQ-ODMTM. Dopplerovské sondy mají stanovenou dobu použitelnosti. Po vypršení expirace sonda přestane ihned fungovat. Jícnové dopplerovské sondy DPN jsou určeny pro zavádění ústní nebo nosní dutinou u pacientů v celkové anestézii nebo u pacientů na JIP, jimž byly podány utišující prostředky.

Výstraha: K expiraci sondy může dojít i v momentě, kdy je zavedená do těla pacienta. Uživatel na obrazovce neustále vidí informaci o zbývající době použitelnosti sondy. V okamžiku, kdy do expirace sondy zbývá 20 minut, se ozve akustický signál a na displeji se zobrazí vizuální informace. Akustická signalizace se aktivuje opět v okamžiku, kdy do expirace sondy zbývá 5 minut. Tato upozornění by měla uživatelům poskytnout dostatek času, aby si v případě potřeby připravili novou sondu.

Před použitím sondy se seznamte s návodem k použití.
Používejte sondy výhradně se stanovenými monitorovacími systémy.

2. Výstrahy - Nepoužívat v následujících situacích - Může dojít k poškození zdraví pacienta:

- Nepoužívejte sondu po datu expirace vyznačeném na krabici se sondu a na celém balení sondy.
- Při zavádění sondy nepoužívejte nadměrnou sílu. V případě potíží při zavádění sondy vyjměte a vyhledejte pomoc.
- Před zavedením sondy do nosní dutiny proveďte vyšetření krevní srážlivosti pro případ krvácení z nosu.
- Sondy smí používat výhradně proškolený a kvalifikovaný personál či osoba pod jejich přímým dohledem.
- Nepoužívejte sondu u pacientů se zavedenou intraaortální balónkovou kontrapulzací.
- Hodnoty naměřené sondu během svorkování aorty mohou být zkrácené.

3. Upozornění:

Při manipulaci se sondu postupujte velmi opatrně. Sonda je vybavena vnitřní pružinou, která se po vybalení sondy z průhledného pouzdra rozvine a sonda se narovná. Otevřete sáček se sondu v místě nezálepeného rohu. Při otvírání sáčku nepoužívejte nůžky ani jiné ostré nástroje. Nepoužívejte sondu v případě, že byl obal sondy otevřený nebo sonda nebo obal vykazují známky poškození.

4. Kontraindikace:

Sonda není určena pro použití u pacientů mladších 16 let. Nepoužívejte sondu u pacientů s nádorem hltnu, hrtanu či jícnu. Nepoužívejte sondu u pacientů trpících aneurysmatem hrudní aorty. Nepoužívejte sondu u pacientů trpících koarktací proximální části aorty. Nepoužívejte sondu v případě nekrotizované tkáně jícnu či nosních dutin. Nezávádějte sondu nosní dutinou v případě poranění nosu, poranění obličeje, výskytu nosních polypů nebo při podezření na poranění mozku. Nepoužívejte sondu v blízkosti přístroje pro laserové operace. Nepoužívejte sondu u pacientů s patologickými změnami hrtanu, hltnu či jícnu a/nebo se silnou krvácivostí.

5. Základní informace:

Dopplerovské sondy se dodávají STERILNÍ.
Upozornění: Kompatibilita softwaru: Sondy používejte výhradně se stanoveným monitorovacím systémem CardioQ™/CardioQ-ODMTM s verzí softwaru 5.40/1.03 nebo vyšší.

6. Vyjmutí sondy z balení:

Otevřete sáček se sondu pomocí volného rohu, uchopte sondu za průhledné plastické pouzdro a vytáhněte ji ze sáčku. Odstraňte pouzdro a nechte sondu, aby se volně narovnála. Při manipulaci chraňte sondu před dotykem s jakýmkoli předmětem, aby si uchovala svou sterilitu.

7. Zavádění sondy do těla pacienta:

Sonda smí zavádět výhradně řádně proškolený a kvalifikovaný lékař či osoba pod jeho přímým dohledem lékaře. Sondy lze zavádět buď ústní, nebo nosní dutinou. Věnujte pozornost uvedeným výstrahám. Konektor sondy zasuňte do koncovky kabelu patientského monitorovacího systému a zadejte příslušný nrogram. Na hrot sondy naneste lubrikační gel na bázi vody. Gel usnadňuje zavádění a zlepší kvalitu signálu.

Sondu vkládejte tak, aby zkosená hrana hrotu sondy byla rovněž v rovinné části kráje. Po zavedení do jícnu zkosená hrana směřovala vzad a dolů. Následně postupujte podle návodu. V případě potřeby vyjměte a vyhledejte pomoc.

Výstraha - V případě použití nadměrné síly hrozí poranění zdraví pacienta. Očíslované dílky stupnice na dřívku sondy slouží jako měřítko při orálním i orálním zavádění. Při zavedení sondy ústní dutinou u dospělých pacientů signál zůstane slabý až do hloubky mezi 35 cm (dílek 1) a 40 cm (dílek 2). Při zavádění sondy do nosní dutiny u dospělých pacientů lze signál získat již v hloubce mezi 40 cm (dílek 2) a 45 cm (dílek 3). Předpokládaná hloubka zavedení závisí na výšce/hmotnosti konkrétního pacienta. Každý pacient disponuje jinými parametry, proto při zavádění sondy používejte vizuální i akustickou signalizaci, které vám pomohou dosáhnout optimální ultrazvukový signál. Viz návod k obsluze, kapitola 6, pro podrobnější informace o obsluze monitorovacího systému. Po připojení sondy se na obrazovce objeví údaj o zbývající době použitelnosti sondy.

8. Vyjmutí sondy z těla pacienta:

Při dočasném vyjmutí sondy z těla pacienta (např. při odpočinku nebo při přesunu pacienta) lze sondu odpojit od kabelu patientského rozhraní. Je-li sonda vyjmuta pouze po krátký časový úsek, očistěte sondu před opětovným zavedením sterilním ubrouskem.

9. Likvidace sondy:

Použité sondy likvidujte v souladu s požadavky státních ekologických či obdobných kontrolních orgánů a s příslušnými předpisy pro likvidaci zdravotnického odpadu.

10. Skladování:

Skladujte v uzavřené krabici při teplotě -20°C až 60 °C. Nevystavujte působení přímého ultrafialového (UV) záření, silných pachů či mokra/vlhkosti.

(HR) - UPUTE ZA UPORABU: - DOPPLER SONDE ZA JEDNJAK

1. Namjena:

Doppler sonde za jednjak se koriste sa sustavima za nadzor CardioQ™/CardioQ ODM™. Doppler sonde imaju određeno vremensko ograničenje, a kad se to ograničenje dosegne, sonda prestaje raditi. Doppler sonde za jednjak nisu namijenjene su oralnoj i nazalnoj primjeni kod pacijenata pod općom anestezijom ili kod sediranih pacijenata u jedinici za intenzivnu njegu. **Upozorenje:** Mogući istek sondy dok je postavljena u pacijenta.

Korisniku se neprekidno prikazuje preostalo vrijeme uporabe, te ga se obavještava kad sonda ostane 20 minuta korištenja, zvanično i vizualnim upozorenjem. Ovo se upozorenje ponavlja kad preostane 5 minuta korištenja. To bi korisniku trebalo dati dovoljno vremena da zamijeni sondu ako je to potrebno.

Prije uporabe pročítajte odgovarajući Priručnik za rad. Koristiti samo s odgovarajućim sustavom za nadzor.

2. Upozorenje - Ne koristiti u sljedećim situacijama - Može biti štetno za pacijenta:

- Ne koristiti nakon datuma isteka ispisano na etiketama za rok trajanja i na pakiranju jedinice.
- Prilikom umetanja ne koristiti preveliku silu. Ako tijekom umetanja dođe do poteškoća, ukloniti i potražiti savjet.
- Prije umetanja provjeriti status zgrušavanja krvi zbog mogućnosti krvarenja iz nosa.
- Koristiti samo od strane obučenog i kvalificiranog osoblja ili pod njihovim nadzorom.
- Ne preporuča se primjena kod pacijenata s intraaortalnom balonkom crpkom.
- Sonda bi mogla biti nepouzdana tijekom unakrsnog stezanja aorte.

3. Oprez:

Pri rukovanju budite oprezni. Sonda sadrži unutarnju oprugu zbog koje će se sonda otpustiti kad se izvadi iz prozirnog plastičnog spremnika. Otvorite vrećicu na zabrtvljenom kraju. Za otvaranje vrećice nemojte koristiti škare niti druge oštre predmete. Ne koristiti ako je vrećica otvorena ili ako sonda, odnosno vrećica pokazuju znakove oštećenja.

4. Kontraindikacije:

Ne koristiti na pacijentima mlađima od 16 godina. Ne koristiti u slučajevima karcinoma ždrijela; grla; jednjaka. Ne koristiti u slučaju aneurizme u proslu aorti. Ne koristiti u slučaju prednje koarktacije aorte. Ne koristiti u slučaju nekroznog tkiva na jednjaku ili u nazalnom prolazu. Ne umetati nazalno ukoliko postoji ozljeda nosa, trauma lica; nazalni polipi, ili ako postoji opasnost od ozljede mozga. Ne koristiti u blizini laserskih operacija. Ne koristiti kod pacijenata s patologijom žučnog mjehura i jednjaka ili probavnog sustava i/ili teže dijateze krvarenja.

5. Opće informacije:

Doppler sonde se isporučuju STERILNE. Oprez: Softverska kompatibilnost. Sonda se smije koristiti samo s odgovarajućim sustavom za nadzor CardioQ/ CardioQ ODM™ koji je proizveden u skladu s talirano inačicu. Verzija softvera Izdanje 5.40/1.03 ili više.

6. Vađenje sondy iz nazalne jedinice:

Otvorite vrećicu na zabrtvljenom kraju i, držite sondu kroz prozirni plastični spremnik, izvadijte je iz vrećice. Uklonite prozirni spremnik i omogućite sondu da se otpusti, pazeci da ne dođe u doticaj s predmetima s kojima bi moglo doći u dodir. Očistite je.

7. Umetanje sondy u pacijenta:

Umetanje treba obaviti ispravno i pod nadzorom kvalificiran medicinski stručnjak, odnosno osoba pod njegovim nadzorom. Sonda se može umetati i nazalno. Pazite na gornja upozorenja. Konektor sondy treba zasuñi u konektor kabela za sućelje pacijenta, te unijeti ispravan nrogram.

Sonda se nanosi na bazu vode. To pomaže pri umetanju i postizanju signala. Umetanje sondy također je nakošeni dio na vrhu okrenut prema stražnjoj strani grla, odnosno kad je jednjak nakošeni dio je okrenut prema natrag i prema dolje prema silaznoj aorti. Prilikom umetanja ne koristite preveliku silu. Ako dođe do poteškoća, uklonite i potražite savjet. **Upozorenje:** U slučaju primjene sile postoji opasnost za pacijenta. Čuvene oznake za dubinu na osovini sondy služe kao vodič za oralno i nazalno postavlanje. Oralnog postavlanja se signal obično može postići pri dubini od 35 cm (oznaka 1) i 40 cm (oznaka 2) kod odraslih pacijenata. Kod nazalnog postavlanja se signal obično može postići pri dubini od 40 cm (oznaka 2) i 45 cm (oznaka 3) kod odraslih pacijenata. Potrebna dubina zavisi od visine/težine pacijenta. Karakteristike pacijenata će se razlikovati; koristite vizualno i vizualno fokusiranje kako biste postigli optimalan ultrazvučni signal. Vizualno zvučno i vizualno fokusiranje kako biste postigli optimalan ultrazvučni signal. Pri radu pogledajte odgovarajući Priručnik za rad za postavlanje sondy i rad sa uređajem za nadzor. Ukupno preostalo vrijeme uporabe sondy se prikazuje kad se sonda spoji.

8. Uklanjaje sondy iz pacijenta:

Kad privremeno povlačite sondu iz pacijenta (npr. prilikom odmora ili premještanja pacijenta), sonda se može odvojiti od kabela sućelja pacijenta. U razdoblju uklanjanja ili premještanja, sondu treba očistiti sterilnom maramicom prije ponovnog umetanja.

9. Odlaganje sondy:

Iskorištene sonde treba odložiti u skladu sa smjericama za odlaganje kliničkog otpada nadležnog zdravstvenog tijela ili sličnih kontrolnih tijela.

10. Pohranjivanje:

Čuvati u zatvorenoj kutiji na temperaturi između -20°C i 60°C. Ne izlagati izravnoj ultra-ljubičastoj (UV) svjetlosti, jakim mirisima ili vlazi. **Proizvodi Deltex Medical Ltd, Terminus Road, Chichester, PO19 8TX, UK**

